



2-10冰箱

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 453812000

Certificate No.

器具名称: 智能温度采集
Name of Instrument

型号/规格: YB-HC005-00
Model/Type

制造单位: 青岛海尔特种电器有限公司
Manufacture

落那树句

出厂编号: 0000 4827
No. of Instrument

委托单位: 吉林省肿瘤医院 (高新院区)
Customer

单位地址: 长春市高新区锦湖大路1066号
Address

批准人: 孙俊峰
Approved by

发证单位 (专用章)

Issued by (stamp)

核验员: 李泉恩
Inspected by

校准员: 张进
Calibrated by

校准日期 2020 年 06 月 01 日
Date of Calibration Y M D

地址 (Add): 长春市高新区宜居路2699号 (130103)
传真 (Fax): (0431) 85375162、85304772
电子邮箱 (E-mail): jlmpublic@126.com

咨询电话 (ConsultTel): (0431) 85375162、85375227
监督电话 (DirectTel): (0431) 85375153、85375165
网址: www.jljlly.net



说 明

Directions

证书编号: 453812000

Certificate No.

<p>1. 本证书所出具的数据可溯源到国家计量基准。 All data issued by this certificate are traceable to national standards.</p>				
<p>2. 校准所依据/参照的技术文件(代号、名称): The technological documents referred to in the calibration(code, name): JJG874-2007《温度指示控制仪》检定规程</p>				
<p>3. 校准所使用的主要计量标准器具: The main standard instruments of measurement used in the calibration:</p>				
名称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy / Maximum Permissible Error	证书号 Certificate No.	有效期至 Valid to
数字测温表	(-85~300) °C (300~1000) °C	$U=0.3^{\circ}\text{C}$ $k=2$ $U=0.8^{\circ}\text{C}$ $k=2$	900792000	2021-01-08
<p>4. 校准地点: 吉林省肿瘤医院(高新院区) Location for calibration:</p>				
<p>5. 校准的环境条件: Environmental condition in the calibration: 温 度: 23.1 °C 相对湿度: 38.8 % Temperature: Relative Humidity:</p>				

- 注: 1. 本证书封面未加盖校准专用章无效。
Note: This certificate is invalid if not sealed on head page.
2. 未经本院书面批准, 不得部分复制此证书。
This certificate can not be copied partly if not allowed.



证书编号: 453812000
Certificate No.

校 准 结 果

Results of calibration

校准结果

设定温度/°C	显示温度/°C	实测温度/°C
5.0	4.9	5.5
测量结果的不确定度 U /°C ($k=2$)		$U=0.8$ °C

以下空白。

敬告 (Advice):

- 在使用过程中, 如对校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。
While using, Please Calibrate if you doubt the specification with calibration instrument.
- 被校准仪器修理后, 请立即校准。
Please calibrate after calibrated instrument repaired.