

长春市计量检定测试技术研究院

检 定 证 书

证书编号: YL0621000137 号

送 检 单 位: 吉林省肿瘤医院 (高新院区)
计 量 器 具 名 称: 医用CT扫描仪
型 号 / 规 格: Incisive CT
出 厂 编 号: 530414
制 造 单 位: 飞利浦
检 定 依 据: JJG 961—2017 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置 (CT) X射线辐射源检定规程
检 定 结 论: 合格

(检定专用章)

批准人: 张维书
核验员: 张大为
检定员: 刘洪达

检定日期: 2021 年 10 月 26 日
有效期至: 2022 年 10 月 25 日

计量检定机构授权证书号: (吉)法计(2020)001号
地 址: 长春市硅谷大街928号
邮 编: 130012

电 话: (0431) 86936700
传 真: (0431) 86936698
E-mail: cc_jly@163.com



YL0621000137

证书编号: YL0621000137

1. 计量标准考核证书号: [2008]吉量标法证字第001070号				
2. 社会公用计量标准证书号: [2007]长质社量标法证字第001070号				
3. 检定所使用的主要计量标准器具:				
名称及 本院编号	测量范围	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	检定/校准单位 及证书号	有效期至
剂量仪 II-602-3	空气比释动能率: (6 $\times 10^{-4}$ ~ 1)Gy/min 电压: (35 ~ 160) kV	空气比释动能率: $U_{rel}=3.2\%$ $k=2$ 电压: MPE: $\pm 2\%$	中国计量科学研究院 DLjl2021-11543	2022-03-17
4. 检定地点: 门诊楼-1楼放射线科CT 2室				
5. 环境条件:				
温度: 24.2 °C		相对湿度: 41.3 %		
其它: /				

注: 我院仅对加盖“长春市计量检定测试技术研究院检定专用章”的完整证书负责

证书编号: YL0621000137

检 定 结 果

外观		合格	
检定项目		检定结果	技术要求
剂量指数 (%)		3.2	小于 20
均匀性 U (HU)		0.4	≤ 5
噪声水平 SD (%)		0.15	≤ 0.35
CT 值 (HU)	水	0.8	0 ± 4
	空气	-986.4	-1000 ± 30
低对比分辨力 (mm)	0.3% 对比度	5	≤ 6
	1.0% 对比度	2	≤ 3
空间分辨力 ($Lp \cdot cm^{-1}$)		8	≥ 5.0

以下空白