

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 赵志鹏	
	职称: 副技师	
	工作单位: 吉林大学中日联谊医院	
项目信息	项目名称: 吉林省肿瘤医院湖光院区放疗研究室 人体固定架项目	
	生产厂家名称: 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>吉林省肿瘤医院在新引进的高新尖放疗设备中需要体位固定装置, 在放疗的临床应用中, 精确体位固定是放疗的前提, 也是疗效的保证。贵院原有科莱瑞迪的固定装置已经应用于临床, 新购置的设备是需要, 必须保证一致性的。固定设备的一致性是可以满足双院区的流动和一致设备与原有固定装置一致才能保证临床安全。同意单一来源采购。</p>	
专业人员签字	赵志鹏	日期 2025年12月22日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

# 吉林大学人力资源处

## 证 明

兹证明赵志鹏，男，1982年2月出生，系我校第三医院（白求恩第三临床医学院）专业技术人员，于2020年9月30日被我校聘任为副主任技师。

特此证明



吉林大学人力资源处

2023年12月22日

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 赵红福	
	职称: 副主任技师	
	工作单位: 吉林大学中日联谊医院	
项目信息	项目名称: 吉林省肿瘤医院湖光院区放疗研究室 人体固定架项目	
	生产厂家名称: 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司	
专业人员论证意见	<p><u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u></p> <p>放射治疗定位、模拟及治疗应保证使用统一体位,并且使用统一的人体固定架。由于此次采购固定架是在现有设备上新增托磁模拟机、Tomo. 加速器等。为了保证治疗的安全性,患者在不同治疗机之间的调整,以及治疗人员操作便利性,此次采购应采购与原有固定架相同型号的固定架。同意单一来源采购。</p>	
专业人员签字	赵红福	日期 2023年12月22日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

## 职称证明

兹证明赵红福（身份证号：320125197811283614）系吉林大学中日联谊医院放射治疗科在职职工，自2005年7月1日在我院工作至今。职称：副主任技师，任职时间：2019年9月30日。

特此证明。

（本证明仅限设备论证使用）  
吉林大学中日联谊医院人事部  
人事部  
2022年9月15日



附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王全峰	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 吉林大学和平区医院	
项目信息	项目名称: 吉林省肿瘤医院湖光院区放疗研究室 人体固定架项目	
	生产厂家名称: 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>放疗固定设备对放疗至关重要(非常重要,不同厂家的设备有差别)这种差别对治疗有深刻的影响。保证一致性极其重要,固定模式的一致性以及技术人员熟练的操作,保证治疗的精度,而且设备的一致性是二个院区建设可在任何时间相互衔接。</p> <p>同意单一来源采购。</p>	
专业人员签字	王全峰	日期 2023年12月22日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

# 吉林大学人力资源处

## 证 明

兹证明王剑锋，男，1978年6月出生，系我校第三医院（白求恩第三临床医学院）教师，于2018年9月30日被我校聘任为副主任医师。

特此证明



2023年11月17日